




迪天环境技术南京股份有限公司
Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



231012341054

表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

检测报告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20242764 号

样品名称: 废气

受检单位: 南京威尔药业科技有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年十二月三十日



检测报告说明

一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。

二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖公章确认。

四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。

五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。

六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。

七、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加*标注。无能力分包项目后加**标注。

八、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。

九、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。

十、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

十一、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司

检测 报 告

报告编号:	DTHJ (环) 字第 20242764 号		
检测类型:	委托检测		
委托单位:	南京威尔药业科技有限公司		
受检单位:	南京威尔药业科技有限公司		
单位地址:	南京市江北新区赵桥河南路 51 号		
联 系 人 :	方云生	联系方式:	15062292525

样品名称:	废气		
样品状态:	废气: 完好		
采样方法:	有组织废气: 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996		
检测内容:	有组织废气: 非甲烷总烃		
执行标准:	有组织废气: 《制药工业大气污染物排放标准》 (GB 37823-2019) 表 2		
采样点:	见检测结果	采样人:	范庆超、王迎杰、尹凡、李光秦
采样日期:	2024.12.20	检测日期:	2024.12.21

编 制: 张子文

日期: 2024 年 12 月 30 日

复 核: 张子文

日期: 2024 年 12 月 30 日

审 核: 陈 小 李

日期: 2024 年 12 月 30 日

签 发: 张子文

日期: 2024 年 12 月 30 日

检测结果：
(1) 有组织废气

采样地点	103 进口		
采样日期	2024.12.20	工况描述	正常生产
检测结果	检测项目		
	非甲烷总烃		
	实测浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	
	14:07	10.4	9.75
14:32	8.54		
14:57	10.3		
备注	检出限：0.07 mg/m³ 气压：102.1/102.1/102.1 kPa 进口无流量数据，应客户要求无需测量烟气参数，只要浓度结果。		

采样地点	103 出口		
采样日期	2024.12.20	工况描述	正常生产
检测结果	检测项目		
	非甲烷总烃		
	实测浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	
	14:07	3.03	2.71
	14:32	2.48	
	14:57	2.62	
排放限值	/		60
备注	检出限：0.07 mg/m³ 气压：102.1/102.1/102.1 kPa 出口无流量数据，应客户要求无需测量烟气参数，只要浓度结果。		

注：检测结果小于最低检出限时报告“未检出”。

以下空白

实验室环境条件:

温度: 21.0℃

湿度: 53.0%

检测依据:

有组织 废气	非甲烷总烃	气相色谱法	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ 38-2017)
-----------	-------	-------	---

主要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
F0296	真空气体采样器	/
J0496	空盒气压表	DYM3
F0309	真空气体采样器	JK-CYQ005
J1001	气相色谱仪	GC9790 II

检测说明:

无特殊检测说明。

迪 天

1

2

3

4

不
境
日
日

检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

13851839655（公共卫生、家装检测）

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈